

# 单一来源采购方式专家论证意见

论证专家信息	姓名: 陈丽年	
	职称: 副教授	
	工作单位: 许昌学院医学院	
项目信息	项目名称: 长葛市人民医院 CT 球管采购项目	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专家论证意见	<p>为了保障整机配件的良好匹配性和设备安全性能, 原厂球管可以做到无缝衔接, 性能更稳定, 售后服务能够满足工作要求。</p> <p>综上所述, 符合《中华人民共和国政府采购法》单一来源采购情形, 可以采用单一来源方式进行采购。</p>	
论证专家签字	陈丽年	日期: 2016年4月14日