

超声乳化仪招标参数

1、基本功能要求

- 1.1 合金超声乳化手柄, 四压电晶片设计, 频率 40Kz, 低端能量控制精
 - 1.2、具有文氏效应的五轴式蠕动泵设计
 - 1.3、可供选配超乳针头至少有 2 种, 不同度数的针头可以满足不同的核硬度和手术医生的个性化需求
 - ★14、超乳模式:连续超声、脉冲超声、冷超声
 - 1.5、直观数字显示, 可以储存参数
 - ★1.6、具有即时负压反馈提示音, 提示音调随负压变化升降
 - 1.7、有力量反馈提示的多功能线性脚踏设计
 - 1.8、先进的灌注、吸引系统:低脉冲蠕动泵和先进的负压放泄系统
 - 19、内置式玻璃体切割及电凝功能
 - 1.10、配套可重复使用的耗品:标准超乳手柄、针头、管道、注吸手柄、电凝、玻切头。
 - 1.11、小巧轻便
 - 1.12、电源:100-240 伏, 50/60Hz
- ### 2、主要技术参数
- 21、灌注/吸引:负压 0-650mmHg, 流量 0-50mL/min
 - 2.2、连续超声:线性
 - 2.3、脉冲超声:4.5-15PPS
 - 24、冷超声:脉冲 20-200ms
 - ★ 2.5 、 玻切 : 负压 :0-500mmHg, 流量 :0-25mL/min, 切割频率:60-600cuts/min
 - 2.6、双极电凝:能量 0-100%, 1MHz

蒸汽灭菌器公开招标参数

- ★1、设备类型：蒸汽灭菌器。
- 2、工作原理：正压脉冲排气。
- 3、功能：液晶屏显示，自动程序设计，智能实时显示灭菌过程及运行状态，内置自我检测系统，对温度、压力、水质、水位等设备故障等可自动报警，并自行停机同时将相应故障代码显示于屏幕。
- 4、可选配(热敏/针式)打印机实时打印灭菌循环参数，实现感控“可追溯”管理。
- 5、用途：在连台手术期间，迅速对综合手术室、眼科、口腔科、耳鼻喉、骨科、微创手术等各科室所需各种连台手术、应急器械及贵重精密器械灭菌。
- 6、设备尺寸(长宽高)：≤48.5×41.5×15cm，自重≤21kg (不含水)。
- ★7、灭菌盒内腔容积：≥1.8L。
- 8、卡式灭菌盒外部尺寸(长宽高)：≥41×19.5×4cm。
- 9、灭菌盒内部尺寸(长宽高)：≥28×18×3.5cm 。
- 10. 灭菌温度设置 121 c°、134 c° 两种选择。标准灭菌时间：134c° 时 3.5min；121c° 时 15min。
- ★11. 有针对朊毒体、气性坏疽及不明原因感染等灭菌的加强备用程序：134℃ 非包裹及包裹灭菌程序灭菌 18min (S 级)、橡胶塑料制品灭菌 121c° 程序灭菌 30min (S 级) 两种。
- ★12. 具有 1 个 N 级灭菌自动循环，6 个 S 级灭菌自动循环，及一个独立干燥程序。
- 13、非包裹 N 级循环全过程≤9min；非包裹 3.5min S 级循环全过程≤12min。
- 14、功率≥1300W。
- 15、电压范围：220-240V，50-60HZ，6A。
- 16、PRV 值(减压阀)过压时设定为 43.5 PSI，释放压力。
- 17、同系列型号灭菌盒可单独选择配置，方便连续周转。
- ★18. 设备铭牌有效使用年限：15 年。