


## 单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名： 崔晓静	
	职称： 高工	
	工作单位： 北京浩雅方大医药有限公司	
项目信息	项目名称： 郑州大学第二附属医院介入手术室飞利浦球管维修项目	
	供应商名称： 广东上药桑尼克医疗科技有限公司	
专业人员论证意见：	<p>DSA设备球管是核心设备，根据《政府采购法》第31条规定“为保证原有采购项目一致性或服务配套要求”，另会依据《医疗器械监督管理条例》规定，设备出现故障应由生产厂家维修。同意采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字：		日期： 2024年10月22日