


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王智俊	
	职称: 教授	
	工作单位: 河南警察学院	
项目信息	项目名称: 伊川县中医院采购16排螺旋CT机配套球管项目	
	项目预算金额: 550000.00元	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员 论证意见	首先, 本项目符合《政府采购法》第三十一条之规定的第一种情形之一: 只能从唯一供应商处采购。 第二, 由于CT机心部件的更换和使用有明确要求: 必须作为CT机的原装部件, 否则与主机将不一致, 才能保证更好地保障其运行安全。 第三: 经与医疗设备科技术人员沟通, 只有原装的球管作为CT机心部件, 才能与主机保持一致, 故同意采用单一来源方式采购。	
专业人员签字		日期 24 年 10 月 11 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。